AltimateMedical
P.O. Box 180
262 West 1st St
Morton, MN 56270
Toll Free: 800.342.8968 or 507.697.6393
Fax Free: 877.342.8968 or 507.697.6900
email: info@easystand.com
www.easystand.com

MOBILE: 01 64 09 04 71.
Vous pouvez également nous
contacter par courrier
électronique au:
catherinepivin@aol.com

EasyStand

Les technologies de verticalisation doivent être utilisées sous le contrôle d'un médecin et en suivant ses conseils en matière de programme d'accession à la station debout et de suivi médical. Le programme de verticalisation doit être contrôlé par un thérapeute. AMI pratique une politique d'amélioration continue du produit et se réserve le droit de modifier des caractéristiques, des spécifications et des prix sans notification préalable. Renseignez-vous auprès d'AMI pour toute modification ou mise à jour.
Formulaire FMAN1 0407 Copyright 2007 Altimate Medical Inc. Tous droits reserves. Imprimé aux USA.

EasyStand Evolv™

Adulte XXL

Mode d'emploi

Garantie limitée

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur / client d'origine (ou revendeur non consommateur qui n'achète ni revend). Altimate Medical Inc (AMI) garantit l'EasyStand Evolv' Adulte XXL contre les défauts de matériaux et de fabrication listés ci-dessous.

Cadre acier – garanti 5 ans
Levier hydraulique – garanti 2 ans
Pièces de sellerie, coussinets plastiques, pièces caoutchouc, surfaces peintes, roulements et autres pièces non spécifiées ci-dessus – garantis 90 jours

La durée de garantie est effective pour le consommateur à partir de la date d'achat chez le vendeur/revendeur. Si le produit est loué (ou non vendu par d'autres biais) à un consommateur, la durée de garantie est effective à partir de la date de facturation chez AMI. Tout produit réputé défectueux par les soins d'AMI et encore sous garantie sera soit réparé soit remplacé selon l'option retenue par AMI.

LE SEUL ENGAGEMENT D'AMI ET VOTRE SEUL RECOURS AUX TERMES DE CETTE GARANTIE SE LIMITE A UNE TELLE REPARATION OU UN TEL REMPLACEMENT. Cette garantie ne couvre pas tout frais de main d'?uvre encouru par le montage des pièces de remplacement. Les frais de transport à l'usine sont à la charge du consommateur ou du vendeur. Les frais de transport retour seront réglés à l'avance par AMI. Pour le service garantie, veuillez contacter le revendeur agréé chez qui vous avez acheté votre produit AMI. Au cas ou le service garantie ne donnerait pas satisfaction, veuillez écrire directement à AMI à l'adresse ci-dessous. Ne retournez pas de produit à notre usine sans autorisation préalable.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS : La garantie précitée ne s'appliquera pas aux produits numérotés en série si le numéro de série a été enlevé ou dégradé. Les produits faisant l'objet de négligence, d'usage abusif ou non conforme, d'utilisation inadaptée, d'entretien ou de stockage inadéquat, ou d'avaries imprévisibles pour le fabricant ne sont pas couverts par cette garantie, et de telles évaluations et appréciations relèveront de la seule compétence d'AMI. La garantie ne s'appliquera pas à des problèmes provoqués par une usure normale ou le non respect des consignes d'utilisation. La garantie sera nulle si des pièces non fabriquées par AMI ou des pièces non conformes aux spécifications du matériel d'origine sont ajoutées à un produit AMI.

LA GARANTIE PRECITEE EST EXCLUSIVE ET EN REMPLACEMENT DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. AMI NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT OU SECONDAIRE ;

AMI pratique une politique d'amélioration continue du produit et se réserve le droit de modifier des caractéristiques, des spécifications et des prix sans notification préalable. Renseignez-vous auprès d'AMI pour toute modification ou mise à jour.

Altimate Medical Inc PO Box 180, 262 West 1st Street, Morton, MN 56270 USA. Tél. (gratuit) 1 800 342 8968
ou 507 697 6393 Fax (gratuit) 877.342.8968 ou 507 697 6900
www.easystand.com info@easystand.com

Ecologie

Fin de vie du produit:
- Recyclez selon les normes de votre pays
- Recyclez toutes les pièces métalliques
- Les pièces plastiques doivent être triées ou recyclées selon les directives du pays
- Veuillez vous renseigner auprès de votre centre de tri et de recyclage pour les modalités en vigueur localement
- Retournez le levier hydraulique à Altimate Medical Inc.

Measuring Standing Success
Standing Progress Log

Client's Name:_____ Diagnosis:_____

Date	Total Standing Time	Outcomes / Comments (areas of change)	Initials

During the above standing program, the client experienced positive changes in these areas:
( ) ROM ( ) Reduced Spasms ( ) Bowel ( ) Bladder ( ) Respiratory ( ) Improved Upper Body Balance ( ) Psychological Boost

Table des matières

Introduction 1

Consignes de sécurité 2

Assemblage appareil standard Evolv' 3

Configuration assemblage
- **Glider** 7
- **Tablette suiveuse** 9

Assemblage options 11

Dessin référence appareil standard – Evolv' . . 20

Détail options et pièces Evolv' 21

Comment régler votre Evolv' 23
Guide du parfait ajustement 25
- **Réglages Glider** 26
- **Réglages tablette suiveuse** 27

Transferts et verticalisation 28

Entretien 29

Spécifications 30

Carnet de Bord Verticalisation 31

Garantie limitée 32

Des films vidéo d'assemblage et d'ajustement EasyStand Evolv' peuvent être visionnés à www.easystand.com

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de ce cadre de verticalisation EasyStand Evolv' !
Chez Altimate Medical Inc nous avons développé l'EasyStand Evolv' en pensant à votre confort et à votre bien-être.

Ce manuel fait partie intégrante de ce système de verticalisation et doit être lu attentivement en entier par toute personne qui sera amenée à l'utiliser.

Ceci garantira un bon assemblage de l'EasyStand Evolv' ainsi qu'une utilisation optimale.

AMI conseille la présence d'une tierce personne durant l'utilisation de l'EasyStand Evolv.

En cas de problème insolvable par le biais de ce manuel, n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou appeler à tout moment MOBILE au numéro suivant : 01 64 09 04 71. Vous pouvez également nous contacter par courrier électronique au : catherinepivin@aol.com

Il est indispensable que votre EasyStand Evolv' soit vérifié périodiquement de manière à en garantir un usage sûr. Les petits réglages peuvent être effectués par l'utilisateur. Cependant, tout remplacement de pièces usagées, tout réglage majeur ou modification importante doit être exécuté par un agent agréé d'Altimate Medical Inc.
Pour garantir sécurité et bon fonctionnement, seules les pièces de rechange agréées par Altimate Medical Inc sont admises.

L'utilisation de l'EasyStand Evolv' est déconseillée à toute personne n'ayant pas préalablement consulté son médecin.
Le non-respect de cette condition pourrait entraîner de graves problèmes d'ordre médical.
Nous recommandons l'établissement et la supervision d'un bon programme de verticalisation par un médecin ou un kinésithérapeute qualifié.

Date de l'achat _____ N° de série _____

Spécifications EasyStand Evolv' Adulte XXL

Evolv' – Appareil Standard

Fourchette hauteur	5'0"-6'2"	152-188cm
Poids maximum	280 lbs.	127kg
Fourchette profondeur d'assise		
-du pivot genou au pivot hanche	16"-21"	41-53cm
-du pivot genou au dossier	18"-23"	46-58cm
Fourchette hauteur assise en partant du repose-pied		
-en partant du pivot d'assise	14"-21"	36-53cm
Fourchette profondeur genouillère		
-en partant du pivot d'assise	3.25"-5.75"	8-15cm
Hauteur assise	21.5"	55cm
Fourchette profondeur tablette/coussinet antérieur		
-en partant du pivot d'assise	0"-10"	25cm
Fourchette hauteur tablette standard		
-en partant du pivot d'assise	15.5"-30"	39-76cm
Largeur genouillère grande		
-du centre au centre	9"	23cm
Encombrement		
-de roulette à roulette	25"-33"	64-84cm
Poids appareil standard	107 lbs.	49kg
Coloris cadre	Charcoal	Charcoal
Coloris sellerie standard	Black	Black
Dimensions tablette standard	21"x24"	53x61cm

Entretien

- Nettoyez l'EasyStand Evolv' à l'aide d'un désinfectant doux non abrasif, ou à l'eau savonneuse.
- Vérifiez périodiquement votre EasyStand pour vous assurer que tous les écrous, boulons et parties réglables sont serrés à fond. Remisez votre EasyStand à l'intérieur et à température ambiante.

LE LEVIER HYDRAULIQUE

- Une première période de rodage de 50 à 100 cycles complets est normale pour le dispositif hydraulique. Vous pouvez rencontrer un crissement ou un mouvement vers l'avant quelque peu sac cadé. L'emboîtement très précis des pièces d'accouplement donne à chaque pompe un rodage individualisé sur les plans tactile et sonore.
- Si la pompe perd de l'huile, appelez votre revendeur local pour un remplacement. Le numéro de série sera demandé.
- Ne forcez pas sur le levier de pompage. N'utilisez pas le levier de pompage pour déplacer votre EasyStand. Ceci pourrait endommager le levier et/ou le mécanisme de pompage et toute garantie serait annulée.
- Il est déconseillé à l'utilisateur d'effectuer sa propre maintenance au niveau de la pompe hydraulique. Ne appliquez jamais de lubrifiant, d'huile domestique, de graisse ou de produits similaires sur une quelconque partie de l'appareil. Certaines substances peuvent agir sur les dispositifs d'étanchéité intervenants dans la fabrication de ce produit. Ceci pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie.
- N'utilisez jamais d'air comprimé sur l'appareil.
- Si vous avez besoin de nettoyer l'appareil, une éponge humide devrait donner de bons résultats.
- Ne dépassez pas le poids maximum pour lequel cet appareil hydraulique a été conçu (la charge maximum pour l'EasyStand Evolv' Adulte XXL étant de 127kg).
- Si votre EasyStand vous a été expédié et par ce biais exposé à des températures inférieures à 10°C, vous devez laisser l'appareil hydraulique se réchauffer jusqu'à la température ambiante avant toute utilisation. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez d'endommager votre appareil et de le rendre inutilisable.
- Il n'est pas toujours nécessaire de pousser le levier de pompage complètement vers l'arrière pour redescendre l'assise. Si vous rencontrez des difficultés pour faire redescendre l'assise, essayez de pousser le levier vers l'arrière en différentes positions.
- Si l'appareil est en position verticale et sans occupant, il est nécessaire d'exercer une pression sur le siège de l'appareil tout en poussant le levier de pompage vers l'arrière.

PURGE DU LEVIER HYDRAULIQUE

Il est fort probable que la pompe hydraulique de votre EasyStand prenne de l'air à l'intérieur de son mécanisme. Cette prise d'air est habituellement provoquée par les manutentions lors du transport un et n'a rien d'anormal. Veuillez effectuer les démarches faciles décrites ci-après, car un système manuel hydraulique ne peut fonctionner correctement à moins de purger convenablement l'air infiltré. L'appareil doit être à température ambiante pour effectuer cette procédure.

1. Actionnez doucement le levier de pompage jusqu'à l'extension totale.
2. Maintenant continuez à actionner doucement le levier de pompage sur une dizaine de cycles supplé mentaires. Ceci permettra une purge complète du système..

Consignes de sécurité

L'EasyStand Evolv' (XXL) a été conçu pour convenir à des personnes mesurant de 152cm à 188cm pour un poids maximum de 127kg. Si les mensurations de la personne ne correspondent pas à cette fourchette ou que la prise de mesures n'a pas été supervisée par un thérapeute qualifié ou un médecin, Altimate Medical Inc déconseille l'utilisation de l'EasyStand Evolv' XXL.

Altimate Medical Inc conseille une consultation chez votre médecin ou auprès de votre thérapeute avant d'entreprendre un programme de verticalisation.

Par mesure de sécurité, vérifiez votre EasyStand périodiquement pour vous assurer que tous les écrous, vis et parties réglables soient serrés à fond.

Ne repositionnez jamais les cale-pieds pendant que vous êtes en position debout. Consultez votre thérapeute ou votre médecin pour le positionnement du pied et le réglage de l'angle.

Si votre appareil a été exposé à des températures inférieures à 23°C, il est important de le laisser réchauffer à température ambiante avant utilisation.

Utilisez le poids du corps pour descendre le siège. N'appliquez pas une force excessive.

L'EasyStand a été conçu pour une utilisation intérieure uniquement. Utilisez-le toujours sur sol égal.

Des mouvements violents dans l'EasyStand pourraient provoquer son basculement.

Il est impératif de verrouiller les roues et/ou les roulettes avant de vous installer dans l'EasyStand. Utilisez ces verrouillages chaque fois que vous voulez immobiliser l'EasyStand.

L'EasyStand Evolv' (XXL) est conforme à la norme EN12182 :1999 en matière de solidité, résistance et stabilité anti-basculement.

Veuillez contacter Altimate Medical Inc pour communication des données cliniques et de la littérature relative à notre produit ainsi que des résultats des tests de solidité, résistance et anti-basculement.

Légende des symboles

Attention, consultez les documents joints.

SN **NUMÉRO DE SÉRIE**

Danger de pincement!

Attention aux pieds !

Date de fabrication



Conditions météo

Respectez l'environnement en recyclant ce produit en fin de vie par votre centre de tri local.

Assemblage appareil standard Evolv’



Des films vidéo d’assemblage et d’ajustement EasyStand Evolv’ peuvent être visionnés à www.easystand.com

Le Transfert & la Station Debout

Le transfert

- Pour des techniques de transferts appropriées, n’hésitez pas à prendre conseil chez un professionnel, auprès de votre thérapeute ou de votre médecin avant d’effectuer des transferts.
- La genouillère ne se verrouille pas en position verticale lors du transfert, ne vous accrochez pas à la genouillère pour vous soutenir
- Enclenchez toujours les freins des roues de votre fauteuil ainsi que ceux des roulettes de l’EasyStand Evolv’ avant d’effectuer un transfert.
- Si vous n’avez pas besoin d’assistance pour le transfert, placez votre fauteuil à côté de l’EasyStand Evolv’. Escamotez l’accoudoir et la genouillère pour vous donner plus d’espace pour le transfert. Assurez-vous que la genouillère soit levée pour vous permettre de positionner vos pieds. Terminez votre transfert et positionnez vos pieds dans les repose-pieds. Sanglez vos pieds et repositionnez les genouillères et les cale-troncs.
- Au besoin, différents types de lève-personne peuvent être utilisés pour les transferts. Il y a plusieurs points d’accès pour effectuer le transfert assisté.
- Pour sortir de l’EasyStand, soulevez l’assise à l’aide du levier de pompage de façon à ce qu’elle soit à la même hauteur ou plus haute que l’assise vers laquelle le transfert va être effectué.

La Station debout

- **Consultez votre thérapeute ou médecin avant de commencer un programme de verticalisation.**
- Une fois votre transfert dans l’EasyStand effectué, positionnez vos pieds et la genouillère et fixez les sangles et les cale-tronc s’il y en a. Poussez le levier de pompage vers l’avant sur 15 à 25 cycles. Le siège va se mettre lentement en position verticale. Vous pouvez arrêter le siège à n’importe quelle hauteur entre la position assise et la position debout.

  Attention : Si le dossier est réglé au-delà de +/- 10 degrés par rapport à la verticale, il est possible que la poignée de réglage du dossier vienne buter sur le tube inférieur du dossier, endommageant ainsi l’appareil.
- Pour revenir en position assise, déplacez le levier vers l’arrière et maintenez-le dans cette position jusqu’à ce que vous ayez atteint la position souhaitée. Le siège s’abaissera lentement jusqu’à vous relâchiez le levier.

  Attention : Lorsque vous baissez l’appareil de la station debout à la position assise, gardez tous les mains et pieds à l’écart du mécanisme situé sous l’assise.
- Si vous rencontrez des difficultés pour abaisser le siège, il est possible que vous n’exerciez pas la pression nécessaire sur le levier.
- Quand l’appareil est en position verticale sans occupant, exercez une pression modérée sur le siège de l’unité tout en maintenant le levier de pompage vers l’arrière. Ne forcez pas.

Tablette Suiveuse EasyStand
Réglages



FIG. A



FIG. B

FIG. A- Pour régler la profondeur d'assise, desserrez la poignée et soulevez légèrement de l'autre côté. Réglez à la profondeur désirée et serrez la poignée.

Pour régler la hauteur du coussinet pectoral, desserrez la poignée et déplacez jusqu'au positionnement désiré. Serrez à fond.

FIG. B- Pour escamoter la tablette, déplacez la tablette jusqu'à l'extrémité du tube et soulevez. Serrez la poignée à fond.

Attention : Une fois la tablette escamotée, assurez-vous d'avoir serré la poignée. Si vous manquez de le faire, la tablette peut subitement retomber.

Attention : Evitez de placer vos doigts près des fentes de réglage de profondeur de tablette et de hauteur pectorale.



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 2



FIG. 3

NB : Les boulons sont actuellement dans le bon emplacement.

FIG. 1- Fixez la pièce soudée d'essieu au mât antérieur à l'aide des boulons et serrez à fond.

FIG. 2- Fixez les roulettes à l'arrière de l'embase, verrouillez les roulettes et serrez manuellement, sans forcer.

Faites coulisser le mât antérieur dans l'ouverture du cadre central. Installez les quatre boulons dans les trous. Ne serrez pas à fond avant que tous les boulons ne soient engagés.

Abaissez les repose-pied et insérez les manettes à réglage rapide. Serrez à fond.

FIG. 3- Fixez la manette de la pompe sur la pompe située sur le cadre central à l'aide des boulons et serrez à fond. Insérez l'extrémité de la manette dans la manette de pompe et serrez à fond.



Réglages EasyStand Glider



FIG. A- Pour régler la hauteur de la manette, desserrez la mâchoire. Réglez la hauteur de manette jusqu'à la hauteur désirée de l'utilisateur et serrez la mâchoire.

FIG. B and C- Pour régler la hauteur du pied et du genou, desserrez les deux poignées indiquées à B. (Pour un accès plus facile à la poignée intérieure, faites basculer l'assemblage jambe en avant.)

Réglez la hauteur du pied « FIG. B » et éventuellement le positionnement du montage genouillère.

Les genouillères sont réglables individuellement avec cinq hauteurs de réglage. Pour régler la genouillère, enlevez les boulons à tête hexagonale de la genouillère et réglez au positionnement désiré. Remettez les boulons et serrez à fond.

FIG. D- Avant d'effectuer un transfert, relevez les genouillères pour permettre un accès plus facile.

Attention : Ne réglez jamais les genouillères lorsque vous êtes en station debout.

Attention : Lorsque vous utilisez le Glider, prévenez votre entourage de la nécessité d'éloigner leurs mains et pieds du mécanisme du Glider.

Attention : Lorsque vous utilisez le Glider, gardez vos mains à l'écart des points de montage supérieur et inférieur des vérins à gaz.

Guide du Parfait Ajustement

Un bon positionnement est essentiel pour obtenir une posture optimale en station debout.

Etape première

Mesurez le client pour calculer le réglage approximatif de la profondeur d'assise (A) et du repose-pied (B).

(A)

(B)

Etape deux

Pour régler la profondeur d'assise, desserrez les deux poignées à cliquets situées sous l'assise (C). Enfoncez le bouton-pression situé sur le tube de réglage tout en déplaçant le dossier (D). Serrez les poignées à cliquets après réglage.

(C)



(D)

Etape trois

Une fois atteinte votre profondeur d'assise désirée, tournez la poignée de réglage d'angle du dossier
(E) de sorte que l'indicateur d'accroissement (F) soit dans la zone verte (de sécurité).

(E)

(F)

Etape quatre

Desserrez les poignées à cliquets situés sur les repose-pieds pour régler la hauteur et le plantaire / dorsal (G). Le genou du client devrait se situer légèrement au-dessous de la hanche (H). Serrez les poignées à cliquets une fois le positionnement fait.

(G)

(H)



Etape cinq

Positionnez les hanches de l'utilisateur aussi près que possible du pivot de hanche du verticalisateur (I & J).

(I) improper

(J) proper

Etape six

Afin de déterminer le bon positionnement, vous devriez pouvoir passer deux doigts entre le bord antérieur de l'assise et le mollet (K). Réglez la genouillère de sorte qu'elle épouse confortablement les genoux (L).

(K)

(L)



FIG. 4



FIG. 6



FIG. 5



FIG. 4- Placez la genouillère sur la patte de genouillère. Insérez les boulons et vissez à fond.

FIG. 5- Insérez le montant de tablette sur le mât antérieur. Les trous du montant doivent regarder vers le haut. Placez la tablette sur le montant de tablette, introduisez l'écrou dans la fente et serrez à fond.

FIG. 6- Installez l'assise sur le cadre central. Pour une installation plus facile, levez l'assise à mi-hauteur à l'aide de la pompe. Serrez les boulons à fond.

Pour les réglages Evolv', voir la page 23.

Configuration assemblage – EasyStand Glider



FIG. 8

FIG. 7

Comment Régler Votre EasyStand Evolv'

Profondeur d'Assise/Angle du Dossier

- **FIG. F-** Desserrez les deux poignées de mâchoire situées sur chacun des tubes d'assise sous l'assise.
- Ne desserrez pas les poignées de profondeur d'assise complètement lorsque vous réglez l'assise.
- Appuyez sur le bouton ressort et positionnez le dossier de telle sorte que le pivot de hanche soit placé aussi près que possible des hanches de l'utilisateur.
- Serrez les deux poignées de mâchoire.
- En vous servant de la poignée située sur le bras coulissant, réglez l'angle du dossier par rapport à la verticale +/- 10 degrés.

  Attention : Si le dossier est réglé au-delà de +/- 10 degrés par rapport à la verticale, il est possible que la poignée de réglage du dossier vienne buter sur le tube inférieur du dossier, endommageant ainsi l'appareil.

FIG. F

Tablette / Coussinet Antérieur

- **FIG. G-** Pour régler la hauteur du coussinet antérieur, desserrez la mâchoire située juste au-dessus du montant antérieur. Soulevez la tablette jusqu'à la hauteur désirée de l'utilisateur et serrez la mâchoire.
- Pour régler la profondeur du coussinet antérieur, desserrez la mâchoire située juste au-dessous de la table. Déplacez le coussinet antérieur jusqu'à l'emplacement désiré par l'utilisateur et serrez la mâchoire.



FIG. G

Comment Régler Votre EasyStand Evolv'

Repose-pieds

- **FIG. A**- Desserrez la mâchoire qui relie l'étrier du repose-pied au montant de l'assise.
- Réglez la hauteur de l'étrier du repose-pied de sorte que le genou de l'utilisateur soit aussi près que possible du pivot de la genouillère. **Attention : Evitez de placer vos doigts dans la fente de réglage.**
- **FIG. B**- L'étrier peut aussi se régler plantaire/dorsal.
- Serrez à fond la mâchoire.
- **FIG. C and D**- Les orteils de l'utilisateur peuvent être déplacés en abduction / adduction (orteil dedans/orteil dehors) en soulevant le rebord antérieur du repose-pied et en tournant le repose-pied.

FIG. A



FIG. B



FIG. C FIG. D

Genouillère

- **FIG. E**- Pour régler la genouillère, appuyez sur le bouton ressort qui relie la genouillère au montant antérieur.
- Réglez la genouillère de sorte que le genou de l'utilisateur soit contre le coussinet par-devant et qu'il y ait un espace pour passer deux doigts entre l'arrière de la jambe et l'assise.

FIG. E





FIG. 7



FIG. 8

FIG. 7- Faites coulisser le mât antérieur du Glider dans l'ouverture du cadre central comme indiqué. Installez les quatre boulons dans les trous. Ne serrez pas à fond avant que tous les boulons ne soient engagés.

FIG. 8- Glissez les manettes dans les fentes. Serrez à fond.

Pour les réglages du Glider, voir page 25.

Configuration assemblage – Tablette suiveuse EasyStand











ITEM NO.	NAME	ITEM NO.	NAME
1	EVOLV LARGE (V400)	25	ARM TROUGHS(V804)
2	STRAPS SECURE FOOT OPTION (V702)	26	SUPPORT GRIP OPTION (V803)
3	STRAPS FOOT OPTION (V701)	27	S. CHEST RESTRAINT(V904)
4	FRONT FRAME STANDARD LG	28	L. CHEST RESTRAINT(V901)
5	TABLE STS OPTION	29	ASMBLY KNEE INDEPENDENT (V713)
6	NEW GENERATION GLIDER ASSEMBLY (V440)	30	PAD SEAT COUNTOURED LARGE
7	FOOT ASSEMBLY LG	31	PAD SEAT LG ROHO OPTION (V705)
8	PAD KNEE STANDARD	32	PAD CHEST STANDARD
9	SEAT REAR CASTER TUBE	33	PAD FRONT EXTRA SUPPORT (V807)
10	ASSEMBLY TABLE MOUNT	34	WHEEL 100mm W/FOLD AWAY HANDLE (V906)
11	ANGLE ADJUSTABLE TRAY(V802)	35	BRACKET ACCESSORY LG(V917)
12	HAND CYCLE ATTACHMENT(V801)	36	LARGE CHEST VEST EVOLV (V902)
13	BACK LOW FLAT (V907)	37	VEST CHEST Y SHAPE ASSEMBLY LARGE (V903)
14	BACK LOW W/CONTOUR (V908)	38	PAD LATERAL SUPPORT ASSEMBLY(V913)
15	BACK HIGH FLAT(V909)	39	BRACKET ASSEMBLY LATS UNIVERSAL (V914)
16	BACK HIGH W/CONTOUR (V910)	40	HEAD REST ASSEMBLY LG (V915)
17	HANDLE PUMP STANDARD RT	41	HANDLE PUSH ASSEMBLY (V916)
18	HANDLE PUMP REMOVABLE OPTION RT (V601)	42	KNEE ROHO INDEPENDENT (V711)
19	QUAD GRIP OPTION(V602)	44	KNOB M12 FEMALE
20	ACTUATOR HANDLE EXTENSION EVOLV LG (V603)	45	FRONT CASTER FRAME STANDARD
22	STRAP SEAT BELT BLACK NG(V707)	46	TABLE STS OPTION LH (V410)
23	STRAP SEAT BELT BLACK W/BUCKLE NG(V708)	47	HANDLE PUMP STANDARD LH
24	HIP GUIDE ASSEMBLY (V710)	48	HANDLE PUMP REMOVABLE OPTION LH (V604)



Détail des Options & Pièces EasyStand Evolv’




FIG. 12


FIG. 13


FIG. 14


FIG. 15

FIG. 9- Fixez la pièce soudée d’essieu au mât antérieur à l’aide des boulons et serrez à fond.

FIG. 10- Fixez les roulettes à l’arrière de l’embase, verrouillez les roulettes et serrez manuellement, sans forcer.

Faites coulisser le mât antérieur dans l’ouverture du cadre central comme indiqué. Installez les quatre boulons dans les trous. Ne serrez pas à fond avant que tous les boulons ne soient engagés.

Abaissez les repose-pied et insérez les manettes à réglage rapide. Serrez à fond.

FIG. 11- Installez l’accoudoir tablette de gauche. Serrez les boulons à fond.

FIG. 12- Installez l’accoudoir tablette de droite. Serrez les boulons à fond.

FIG. 13- Installez la tablette sur l’accoudoir tablette de droite. Serrez les boulons à fond.

FIG. 14- Placez la genouillère sur la patte de genouillère. Insérez les vis et serrez à fond.

FIG. 15- Enlevez les boulons de la manette de pompe et installez-la sur la pompe située sur le cadre central et vissez à fond. Insérez l’extrémité de la manette dans la manette de pompe et serrez à fond.

Pour les réglages de la tablette suiveuse, voir page 26.

Assemblage des Options- Assemblage Option Dossier



Assemblage
Option Dossier

Dessin de Référence Appareil Standard – EasyStand Evolv'



Cale-Hanches et Appuis-Tête

Appui-Tête
NG50037





Cale-Hanches
NG50198



Dossiers Moulés



Dossier Moulé
Haut
NG50068





Dossier Moulé
Bas NG50062



Manettes de Pompe



Levier de Commande Démontable NG50035



Extension de Manette en 'T' NG50070

Extension de Manette 'Quatre Dents' NG50044



Etrier Latéral Universel et Cale-Troncs



Etrier Universel Cale-Troncs NG50041



Cale-Troncs NG50176



Independent Knee and Roho® Seat



Independent Knee NG50080
not available w/the NG50026 Glider

Roho® Seat NG30023



Sangles Pieds et Ceinture Bassin Boucle Avion



Sangles Pieds Sécurité NG30031



Sangles Pieds Standard NG30030



Ceinture Bassin Boucle Avion NG30028



Gilets et Sangles Pectorales

Gilet en 'Y'
NG30021



Gilet en 'X'
NG30056





Sangle Pectorale
NG50192-Petite
NG50193-Grande

Tablette à Angle Réglable, Coussinet Pectoral et Appui-Tête



Tablette à Angle Réglable
NG50043
pas disponible avec le NG50024 Glider



Coussinet Pectoral
NG30000
pas disponible avec le
NG50024 Glider